

ZERTIFIKAT

über Produktkonformität (QAL1)

Zertifikatsnummer: 0000053802_02

Messeinrichtung: ACF 5000 für CO, NO, NO₂, N₂O, SO₂, HCl, HF, NH₃, CH₄, CH₂O,
Gesamt-C, O₂, H₂O und CO₂

Hersteller: ABB Automation GmbH
Stierstädter Str. 5
60488 Frankfurt/Main
Deutschland

Prüfinstitut: TÜV Rheinland Energy GmbH

**Es wird bescheinigt,
dass das AMS unter Berücksichtigung der Normen
DIN EN 15267-1 (2009), DIN EN 15267-2 (2009), DIN EN 15267-3 (2008),
DIN EN 12619 (2013) sowie DIN EN 14181 (2015)
geprüft wurde und zertifiziert ist.**

Die Zertifizierung gilt für die in diesem Zertifikat aufgeführten Bedingungen
(das Zertifikat umfasst 23 Seiten).

Das vorliegende Zertifikat ersetzt das Zertifikat 0000053802_01 vom 08. September 2017.



Eignungsgeprüft
DIN EN 15267
QAL1 zertifiziert
Regelmäßige
Überwachung

www.tuv.com
ID 0000053802

Eignungsbekanntgabe im
Bundesanzeiger vom 31. Juli 2017

Umweltbundesamt
Dessau, 02. März 2022

Gültigkeit des Zertifikates bis:
14. März 2027

TÜV Rheinland Energy GmbH
Köln, 01. März 2022



i. A. Dr. Marcel Langner



ppa. Dr. Peter Wilbring

www.umwelt-tuv.eu
tre@umwelt-tuv.eu
Tel. + 49 221 806-5200

TÜV Rheinland Energy GmbH
Am Grauen Stein
51105 Köln

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflabor.
Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-PL-11120-02-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Prüfbericht:	936/21219814/E vom 10. März 2017
Erstmalige Zertifizierung:	25. April 2017
Gültigkeit des Zertifikats bis:	14. März 2027
Zertifikat	erneute Ausstellung (vorheriges Zertifikat 0000053802_01 vom 08. September 2017 mit Gültigkeit bis zum 14. März 2022)
Veröffentlichung:	BAnz AT 31.07.2017 B12, Kap. I Nr. 2.1

Genehmigte Anwendung

Das geprüfte AMS ist geeignet zum Einsatz an genehmigungsbedürftigen Anlagen (13. BImSchV, 17. BImSchV, 30. BImSchV, TA Luft) sowie an Anlagen der 27. BImSchV. Die geprüften Messbereiche wurden ausgewählt, um einen möglichst weiten Anwendungsbereich für das AMS sicherzustellen.

Die Eignung des AMS für diese Anwendung wurde auf Basis einer Laborprüfung und eines mehr als 12 Monate dauernden Feldtests an einer Müllverbrennung beurteilt.

Das AMS ist für den Umgebungstemperaturbereich von +5° bis 30°C und mit Klimagerät 5° bis +45°C zugelassen.

Die Bekanntgabe der Messeinrichtung, die Eignungsprüfung sowie die Durchführung der Unsicherheitsberechnungen erfolgte auf Basis der zum Zeitpunkt der Prüfung gültigen Bestimmungen. Aufgrund möglicher Änderungen rechtlicher Grundlagen sollte jeder Anwender vor dem Einsatz der Messeinrichtung sicherstellen, dass die Messeinrichtung zur Überwachung der für ihn relevanten Grenzwerte und Sauerstoffkonzentrationen geeignet ist.

Jeder potentielle Nutzer sollte in Abstimmung mit dem Hersteller sicherstellen, dass dieses AMS für den vorgesehenen Einsatzzweck geeignet ist.

Basis der Zertifizierung

Dieses Zertifikat basiert auf:

- Prüfbericht 936/21219814/E vom 10. März 2017 der TÜV Rheinland Energy GmbH
- Eignungsbekanntgabe durch das Umweltbundesamt als zuständige Stelle
- Überwachung des Produktes und des Herstellungsprozesses

Veröffentlichung im Bundesanzeiger: BAnz AT 31.07.2017 B12, Kap. I Nr. 2.1,
UBA Bekanntmachung vom 13. Juli 2017:

Messeinrichtung:

ACF5000 für O₂, CO, NO, NO₂, N₂O, SO₂, HCl, HF, NH₃, H₂O, CO₂, H₂CO, CH₄ und Gesamt-C

Hersteller:

ABB Automation GmbH, Frankfurt am Main

Eignung:

Für genehmigungsbedürftige Anlagen sowie Anlagen der 27. BImSchV

Messbereiche in der Eignungsprüfung:

Komponente	Zertifizierungs- bereich	Zusätzliche Messbereiche			Einheit
CO	0 – 75	0 – 300	0 – 4.000	–	mg/m ³
NO	0 – 150	0 – 400	0 – 2.000	–	mg/m ³
NO ₂	0 – 80	0 – 600	0 – 1000	–	mg/m ³
N ₂ O	0 – 50	0 – 1.000	–	–	mg/m ³
SO ₂	0 – 75	0 – 300	0 – 5.000	–	mg/m ³
HCl	0 – 15	0 – 90	0 – 2.000	–	mg/m ³
HF	0 – 3	0 – 6	0 – 300	–	mg/m ³
NH ₃	0 – 5	0 – 15	0 – 230	–	mg/m ³
H ₂ O	0 – 40	–	–	–	Vol.-%
CO ₂	0 – 30	–	–	–	Vol.-%
H ₂ CO	0 – 20	–	–	–	mg/m ³
CH ₄	0 – 7,5	0 – 200	–	–	mg/m ³
Gesamt-C (FID)	0 – 15	0 – 30	0 – 300	0 – 500	mg/m ³
O ₂ (ZrO ₂)	0 - 25	–	–	–	Vol.-%

Softwareversionen:

Syscon: 5.2.22

AMC: 3.6.2

Einschränkung:

Ist die Messeinrichtung anstelle eines Klimagerätes mit einem aktiven Lüfter ausgestattet, so darf die Messeinrichtung nur im Umgebungstemperaturbereich von 5 bis 30 °C betrieben werden.

Hinweise:

1. Bei der Prüfung von HF, HCl, NH₃ und H₂CO sind feuchte Prüfgase einzusetzen.
2. Für die Referenzpunktkontrolle (QAL3) der mit dem FTIR gemessenen Komponenten kann alternativ zu Prüfgasen die interne automatische Validierbarkeit verwendet werden.
3. Ist die Messeinrichtung mit einem Klimagerät ausgestattet, so darf die Messeinrichtung in einem Temperaturbereich von 5 bis 45°C betrieben werden.
4. Das Wartungsintervall beträgt sechs Monate.
5. Das Messsystem verfügt über eine digitale Schnittstelle zur Datenübertragung nach der Richtlinie VDI 4201 Blatt 1 (Allgemeine Anforderungen), Blatt 2 (Profibus) und Blatt 3 (Modbus EIA485 und TCP/IP).
6. Ergänzungsprüfung (Wartungsintervallverlängerung und Softwareänderung) zu der Bekanntmachung des Umweltbundesamtes vom 22. Februar 2017 (BAnz AT 15.03.2017 B6, Kapitel I Nummer 3.1).

Prüfbericht:

TÜV Rheinland Energy GmbH, Köln
Bericht-Nr.: 936/21219814/E vom 10. März 2017

Veröffentlichung im Bundesanzeiger: BAnz AT 26.03.2018 B8, Kapitel V Mitteilung 16, UBA Bekanntmachung vom 21. Februar 2018:

16 Mitteilung zu der Bekanntmachung des Umweltbundesamtes vom 13. Juli 2017 (BAnz AT 31.07.2017 B12, Kapitel I Nummer 2.1)

Die aktuellen Softwareversionen der Messeinrichtung ACF5000 für die Komponenten O₂, CO, NO, NO₂, N₂O, SO₂, HCl, HF, NH₃, H₂O, CO₂, H₂CO, CH₄ und Gesamt-C der ABB Automation GmbH lauten:

AMC-Board: 3.6.2
Syscon: 5.2.24

Als Analogausgangsmodul können die Module U-remote der Firma Weidmüller oder die KL-Serie der Firma Beckhoff eingesetzt werden.

Als Laser zur Wellenzahlbestimmung des Spektrometers kann neben dem bisher verwendeten Laser der Firma Oclaro auch der Laser der Firma Philipps verwendet werden.

Stellungnahme der TÜV Rheinland Energy GmbH vom 07. Dezember 2017

Veröffentlichung im Bundesanzeiger: BAnz AT 17.07.2018 B9, Kapitel III Mitteilung 4,
UBA Bekanntmachung vom 3. Juli 2018:

4 Mitteilung zu den Bekanntmachungen des Umweltbundesamtes vom 13. Juli 2017 (BAnz AT 31.07.2017 B12, Kapitel I Nummer 2.1) und vom 21. Februar 2018 (BAnz AT 26.03.2018 B8, Kapitel V 16. Mitteilung)

Die aktuellen Softwareversionen der Messeinrichtung ACF5000 für die Komponenten O₂, CO, NO, NO₂, N₂O, SO₂, HCl, HF, NH₃, H₂O, CO₂, H₂CO, CH₄ und Gesamt-C der Firma ABB Automation GmbH lauten:

AMC-Board: 3.6.4
Syscon: 5.2.30

Die Softwareversion 5.2.28 für die Syscon ist hierin eingeschlossen.

Stellungnahme der TÜV Rheinland Energy GmbH vom 2. Mai 2018

Veröffentlichung im Bundesanzeiger: BAnz AT 26.03.2019 B7, Kapitel IV Mitteilung 78,
UBA Bekanntmachung vom 27. Februar 2019:

78 Mitteilung zu den Bekanntmachungen des Umweltbundesamtes vom 13. Juli 2017 (BAnz AT 31.07.2017 B12, Kapitel I Nummer 2.1) und vom 3. Juli 2018 (BAnz AT 17.07.2018 B9, Kapitel III 4. Mitteilung)

Die aktuellen Softwareversionen der Messeinrichtung ACF5000 für die Komponenten O₂, CO, NO, NO₂, N₂O, SO₂, HCl, HF, NH₃, H₂O, CO₂, H₂CO, CH₄ und Gesamt-C der ABB Automation GmbH lauten:

AMC-Board: 3.6.4, Syscon: 5.2.34

Die Softwareversion 5.2.32 für die Syscon ist hierin eingeschlossen.

Stellungnahme der TÜV Rheinland Energy GmbH vom 14. Januar 2019

Veröffentlichung im Bundesanzeiger: BAnz AT 03.05.2021 B9, Kapitel III Mitteilung 2,
UBA Bekanntmachung vom 31. März 2021:

2 Mitteilung zu den Bekanntmachungen des Umweltbundesamtes vom 13. Juli 2017 (BAnz AT 31.07.2017 B12, Kapitel I Nummer 2.1) und vom 27. Februar 2019 (BAnz AT 26.03.2019 B7, Kapitel IV 78. Mitteilung)

Die aktuellen Softwareversionen der Messeinrichtung ACF5000 für die Komponenten O₂, CO, NO, NO₂, N₂O, SO₂, HCl, HF, NH₃, H₂O, CO₂, H₂CO, CH₄ und Gesamt-C der Firma ABB Automation GmbH lauten:

AMC-Board: 3.9.0, Syscon: 5.2.38

Die Softwareversion 5.2.36 für die Syscon ist hierin eingeschlossen.

Stellungnahme der TÜV Rheinland Energy GmbH vom 11. September 2020

Veröffentlichung im Bundesanzeiger: BAnz AT 05.08.2021 B5, Kapitel IV Mitteilung 27,
UBA Bekanntmachung vom 29. Juni 2021:

**27 Mitteilung zu den Bekanntmachungen des Umweltbundesamtes
vom 13. Juli 2017 (BAnz AT 31.07.2017 B12, Kapitel I Nummer 2.1) und
vom 31. März 2021 (BAnz AT 03.05.2021 B9, Kapitel III 2. Mitteilung)**

Die aktuellen Softwareversionen der Messeinrichtung ACF5000 für die Komponenten
O₂, CO, NO, NO₂, N₂O, SO₂, HCl, HF, NH₃, H₂O, CO₂, H₂CO, CH₄ und Gesamt-C
der Firma ABB Automation GmbH lauten:

AMC-Board: 3.9.2, Syscon: 5.2.38

Der in der Messeinrichtung verbaute Nullluftaufbereiter der Firma LNI kann auch in der
Version V04 verwendet werden.

Stellungnahme der TÜV Rheinland Energy GmbH vom 03. Mai 2021

Zertifiziertes Produkt

Das Zertifikat gilt für automatische Messeinrichtungen, die mit der folgenden Beschreibung übereinstimmen:

Bei der Messeinrichtung ACF5000 handelt es sich um ein Mehrkomponenten-Gasanalyzesystem zur kontinuierlichen Überwachung von Abgasen industrieller Verbrennungsanlagen. Das zu messende Gas wird mittels einer Gasentnahmesonde dem Abgaskanal entnommen und dem beheizten Analysensystem über eine beheizte Messgasleitung zugeführt. Zur spektralen Erfassung der Gaskonzentrationen dient ein Fourier-Transformations-Infrarot-Spektrometer (FTIR-Spektrometer). Zur Bestimmung von Gesamt-Kohlenstoff ist optional ein Flammenionisationsdetektor (FID) verbaut. Sauerstoff wird mit einer Zirkondioxid-Sonde bestimmt. Die Messeinrichtung besteht aus den folgenden Hauptkomponenten:

- Probenahmesonde mit Filter ABB PFE2 mit Sondenrohr ABB Typ 40 (Sondenrohr wird geschraubt und unbeheizt) oder ABB Typ 42 (Sondenrohr wird angeflanscht und beheizt).
Beheizte Messgasleitung ABB TBL01-S Innendurchmesser 6 mm, Material Teflon, max. 60 m Länge
- Analysenschrank mit:
 - Interferometer (inkl. interner Prüfeinrichtung zur Validierung der Spektrometerjustage (Validiereinheit))
 - FID (optional)
 - O₂ Sensor
 - Luftaufbereiter
 - Kühlgerät (bei Einsatz 5 – 45 °C, ansonsten Lüfter bei Einsatz 5 – 30 °C)
 - analoger Schnittstelle
 - digitaler Schnittstelle Profibus
 - digitaler Schnittstelle Modbus (EIA485 + TCP/IP)
 - Relais zur Steuerung von Prüfgasventilen zur automatischen Prüfgasaufgabe

Die Messeinrichtung führt täglich eine automatische Nullpunktjustierung des FTIRs mit Instrumentenluft durch. Der FID wird alle 21 Tage automatisch am Null- und Referenzpunkt mit Prüfgas überprüft und ggf. justiert, der Sauerstoffsensor alle 14 Tage.

Optional kann die Messeinrichtung mit einer automatischen Validiereinheit ausgestattet werden. Diese Validiereinheit erlaubt das automatisierte, sequenzielle Einfahren von gasgefüllten Validierküvetten und speziellen Validierfolien (je nach Messkomponente) in den optischen Pfad des FTIR-Spektrometers. Mit dieser Validiereinheit können die Null- und Referenzpunktkontrollen im Wartungsintervall (QAL3) der mit dem FTIR gemessenen Messkomponenten durchgeführt werden.

Allgemeine Anmerkungen

Dieses Zertifikat basiert auf dem geprüften Gerät. Der Hersteller ist dafür verantwortlich, dass die Produktion dauerhaft den Anforderungen der DIN EN 15267 entspricht. Der Hersteller ist verpflichtet, ein geprüftes Qualitätsmanagementsystem zur Steuerung der Herstellung des zertifizierten Produktes zu unterhalten. Sowohl das Produkt als auch die Qualitätsmanagementsysteme müssen einer regelmäßigen Überwachung unterzogen werden.

Falls festgestellt wird, dass das Produkt aus der aktuellen Produktion mit dem zertifizierten Produkt nicht mehr übereinstimmt, ist die TÜV Rheinland Energy GmbH unter der auf Seite 1 angegebenen Adresse zu informieren.

Das Zertifikatszeichen mit der produktspezifischen ID-Nummer, das an dem zertifizierten Produkt angebracht oder in Werbematerialien für das zertifizierte Produkt verwendet werden kann, ist auf Seite 1 dieses Zertifikates dargestellt.

Dieses Dokument sowie das Zertifikatszeichen bleiben Eigentum der TÜV Rheinland Energy GmbH. Mit dem Widerruf der Bekanntgabe verliert dieses Zertifikat seine Gültigkeit. Nach Ablauf der Gültigkeit des Zertifikats und auf Verlangen der TÜV Rheinland Energy GmbH muss dieses Dokument zurückgegeben und das Zertifikatszeichen darf nicht mehr verwendet werden.

Die aktuelle Version dieses Zertifikates und seine Gültigkeit kann auch unter der Internetadresse: qal1.de eingesehen werden.

Dokumentenhistorie

Die Zertifizierung der Messeinrichtung ACF 5000 basiert auf den im folgenden dargestellten Dokumenten und der regelmäßigen fortlaufenden Überwachung des Qualitätsmanagementsystems des Herstellers:

Erstzertifizierung gemäß DIN EN 15267

Zertifikat-Nr. 0000053802_00: 25. April 2017
Gültigkeit des Zertifikats bis: 14. März 2022
Prüfbericht: 936/21219814/B vom 13. Oktober 2016
TÜV Rheinland Energy GmbH
Veröffentlichung: BAnz AT 15.03.2017 B6, Kapitel I Nummer 3.1
UBA Bekanntmachung vom 22. Februar 2017

Ergänzungsprüfung gemäß DIN EN 15267

Zertifikat-Nr. 0000053802_01: 08. September 2017
Gültigkeit des Zertifikats bis: 14. März 2022
Prüfbericht: 936/21219814/E vom 10. März 2017
TÜV Rheinland Energy GmbH
Veröffentlichung: BAnz AT 31.07.2017 B12, Kapitel I Nummer 2.1
UBA Bekanntmachung vom 13. Juli 2017

Mitteilungen

Stellungnahme der TÜV Rheinland Energy GmbH vom 7. Dezember 2017
Veröffentlichung: BAnz AT 26.03.2018 B8, Kapitel V Mitteilung 16
UBA Bekanntmachung vom 21. Februar 2018
(Software- und Geräteänderungen)

Stellungnahme der TÜV Rheinland Energy GmbH vom 2. Mai 2018
Veröffentlichung: BAnz AT 17.07.2018 B9, Kapitel III Mitteilung 4
UBA Bekanntmachung vom 3. Juli 2018
(Softwareänderung)

Stellungnahme der TÜV Rheinland Energy GmbH vom 14. Januar 2019
Veröffentlichung: BAnz AT 26.03.2019 B7, Kapitel IV Mitteilung 78
UBA Bekanntmachung vom 27. Februar 2019
(Softwareänderung)

Stellungnahme der TÜV Rheinland Energy GmbH vom 11. September 2020
Veröffentlichung: BAnz AT 03.05.2021 B9, Kapitel III Mitteilung 2
UBA Bekanntmachung vom 31. März 2021
(Softwareänderung)

Stellungnahme der TÜV Rheinland Energy GmbH vom 3. Mai 2021
Veröffentlichung: BAnz AT 05.08.2021 B5, Kapitel IV Mitteilung 27
UBA Bekanntmachung vom 29. Juni 2021
(Softwareänderung)

Erneute Ausstellung des Zertifikats

Zertifikat Nr. 0000053802_02: 2. März 2022
Gültigkeit des Zertifikats: 14. März 2027

Berechnung der Gesamtunsicherheit nach DIN EN 14181 und DIN EN 15267-3

Messeinrichtung

Hersteller	ABB Automation GmbH
Bezeichnung der Messeinrichtung	ACF5000
Seriennummer der Prüflinge	3.351922.3 / Beta2 / 3.351923.3 / Beta3
Messprinzip	Zirkoniumdioxid

Prüfbericht

Prüfinstitut	936/21219814/E TÜV Rheinland
Berichtsdatum	10.03.2017

Messkomponente

Zertifizierungsbereich ZB	O ₂ 0 - 25 Vol.-%
---------------------------	---------------------------------

Bewertung der Querempfindlichkeiten (QE)

(System mit größter QE)

Summe positive QE am Null-Punkt	0,00 Vol.-%
Summe negative QE am Null-Punkt	0,00 Vol.-%
Summe positive QE am Ref.-Punkt	0,37 Vol.-%
Summe negative QE am Ref.-Punkt	-0,18 Vol.-%
Maximale Summe von Querempfindlichkeiten	0,37 Vol.-%
Messunsicherheit der Querempfindlichkeit	u_i 0,214 Vol.-%

Berechnung der erweiterten Messunsicherheit

Prüfgröße

			u^2
Standardabweichung aus Doppelbestimmungen *	u_D	0,057 Vol.-%	0,003 (Vol.-%) ²
Linearität / Lack-of-fit	u_{lof}	0,040 Vol.-%	0,002 (Vol.-%) ²
Nullpunktdrift aus Feldtest	$u_{d,z}$	0,098 Vol.-%	0,010 (Vol.-%) ²
Referenzpunktdrift aus Feldtest	$u_{d,s}$	-0,098 Vol.-%	0,010 (Vol.-%) ²
Einfluss der Umgebungstemperatur am Referenzpunkt	u_t	0,105 Vol.-%	0,011 (Vol.-%) ²
Einfluss der Netzspannung	u_v	0,029 Vol.-%	0,001 (Vol.-%) ²
Querempfindlichkeit	u_i	0,214 Vol.-%	0,046 (Vol.-%) ²
Einfluss des Probengasvolumenstrom	u_D	-0,087 Vol.-%	0,008 (Vol.-%) ²
Unsicherheit des Referenzmaterials bei 70% des ZB	u_{rm}	0,202 Vol.-%	0,041 (Vol.-%) ²

* Der größere der Werte wird verwendet:
"Wiederholstandardabweichung am Referenzpunkt" oder
"Standardabweichung aus Doppelbestimmungen"

Kombinierte Standardunsicherheit (u_c)

$$u_c = \sqrt{\sum (u_{max,j})^2} \quad 0,36 \text{ Vol.-%}$$

Erweiterte Unsicherheit

$$U = u_c * k = u_c * 1,96 \quad 0,71 \text{ Vol.-%}$$

Relative erweiterte Messunsicherheit

U in % vom Messbereich 25 Vol.-% 2,8

Anforderung nach 2010/75/EU

U in % vom Messbereich 25 Vol.-% 10,0 **

Anforderung nach DIN EN 15267-3

U in % vom Messbereich 25 Vol.-% 7,5

** Für diese Komponente sind keine Anforderungen in der EU-Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen enthalten.
Es wurde ein Wert von 10,0 % herangezogen.

Berechnung der Gesamtunsicherheit nach DIN EN 14181 und DIN EN 15267-3

Messeinrichtung

Hersteller	ABB Automation GmbH
Bezeichnung der Messeinrichtung	ACF5000
Seriennummer der Prüflinge	3.351922.3 / Beta2 / 3.351923.3 / Beta3
Messprinzip	FTIR

Prüfbericht

Prüfinstitut	936/21219814/E
Berichtsdatum	TÜV Rheinland
	10.03.2017

Messkomponente

Zertifizierungsbereich ZB	CO	0 - 75 mg/m ³
---------------------------	----	--------------------------

Bewertung der Querempfindlichkeiten (QE)

(System mit größter QE)

Summe positive QE am Null-Punkt	0,00 mg/m ³
Summe negative QE am Null-Punkt	0,00 mg/m ³
Summe positive QE am Ref.-Punkt	0,97 mg/m ³
Summe negative QE am Ref.-Punkt	-0,39 mg/m ³
Maximale Summe von Querempfindlichkeiten	0,97 mg/m ³
Messunsicherheit der Querempfindlichkeit	u_i 0,559 mg/m ³

Berechnung der erweiterten Messunsicherheit

Prüfgröße

		u^2
Standardabweichung aus Doppelbestimmungen *	u_D 0,227 mg/m ³	0,052 (mg/m ³) ²
Linearität / Lack-of-fit	u_{lof} 0,117 mg/m ³	0,014 (mg/m ³) ²
Nullpunktdrift aus Feldtest	$u_{d,z}$ -0,130 mg/m ³	0,017 (mg/m ³) ²
Referenzpunktdrift aus Feldtest	$u_{d,s}$ 0,563 mg/m ³	0,317 (mg/m ³) ²
Einfluss der Umgebungstemperatur am Referenzpunkt	u_t 0,115 mg/m ³	0,013 (mg/m ³) ²
Einfluss der Netzspannung	u_v 0,127 mg/m ³	0,016 (mg/m ³) ²
Querempfindlichkeit	u_i 0,559 mg/m ³	0,312 (mg/m ³) ²
Einfluss des Probengasvolumenstrom	u_p -0,289 mg/m ³	0,084 (mg/m ³) ²
Unsicherheit des Referenzmaterials bei 70% des ZB	u_{rm} 0,606 mg/m ³	0,368 (mg/m ³) ²

* Der größere der Werte wird verwendet:
"Wiederholstandardabweichung am Referenzpunkt" oder
"Standardabweichung aus Doppelbestimmungen"

Kombinierte Standardunsicherheit (u_c)	$u_c = \sqrt{\sum (u_{max,i})^2}$	1,09 mg/m ³
Erweiterte Unsicherheit	$U = u_c * k = u_c * 1,96$	2,14 mg/m ³

Relative erweiterte Messunsicherheit

Anforderung nach 2010/75/EU	U in % vom Grenzwert 50 mg/m³	4,3
Anforderung nach DIN EN 15267-3	U in % vom Grenzwert 50 mg/m³	10,0
	U in % vom Grenzwert 50 mg/m ³	7,5

Berechnung der Gesamtunsicherheit nach DIN EN 14181 und DIN EN 15267-3

Messeinrichtung

Hersteller	ABB Automation GmbH
Bezeichnung der Messeinrichtung	ACF5000
Seriennummer der Prüflinge	3.351922.3 / Beta2 / 3.351923.3 / Beta3
Messprinzip	FTIR

Prüfbericht

Prüfinstitut	936/21219814/E
Berichtsdatum	TÜV Rheinland
	10.03.2017

Messkomponente

Zertifizierungsbereich ZB	NO	0 - 150 mg/m ³
---------------------------	----	---------------------------

Bewertung der Querempfindlichkeiten (QE)

(System mit größter QE)

Summe positive QE am Null-Punkt	0,90 mg/m ³
Summe negative QE am Null-Punkt	0,00 mg/m ³
Summe positive QE am Ref.-Punkt	1,14 mg/m ³
Summe negative QE am Ref.-Punkt	-2,51 mg/m ³
Maximale Summe von Querempfindlichkeiten	-2,51 mg/m ³
Messunsicherheit der Querempfindlichkeit	u_i -1,446 mg/m ³

Berechnung der erweiterten Messunsicherheit

Prüfgröße

		u^2
Standardabweichung aus Doppelbestimmungen *	u_D 0,253 mg/m ³	0,064 (mg/m ³) ²
Linearität / Lack-of-fit	u_{lof} -0,234 mg/m ³	0,055 (mg/m ³) ²
Nullpunktdrift aus Feldtest	$u_{d,z}$ 0,173 mg/m ³	0,030 (mg/m ³) ²
Referenzpunktdrift aus Feldtest	$u_{d,s}$ 1,126 mg/m ³	1,268 (mg/m ³) ²
Einfluss der Umgebungstemperatur am Referenzpunkt	u_t 0,400 mg/m ³	0,160 (mg/m ³) ²
Einfluss der Netzspannung	u_v 0,191 mg/m ³	0,036 (mg/m ³) ²
Querempfindlichkeit	u_i -1,446 mg/m ³	2,091 (mg/m ³) ²
Einfluss des Probengasvolumenstrom	u_p -0,808 mg/m ³	0,653 (mg/m ³) ²
Unsicherheit des Referenzmaterials bei 70% des ZB	u_{rm} 1,212 mg/m ³	1,470 (mg/m ³) ²

* Der größere der Werte wird verwendet:
"Wiederholstandardabweichung am Referenzpunkt" oder
"Standardabweichung aus Doppelbestimmungen"

Kombinierte Standardunsicherheit (u_c)	$u_c = \sqrt{\sum (u_{max,i})^2}$	2,41 mg/m ³
Erweiterte Unsicherheit	$U = u_c * k = u_c * 1,96$	4,73 mg/m ³

Relative erweiterte Messunsicherheit

Anforderung nach 2010/75/EU	U in % vom Grenzwert 98 mg/m³	4,8
Anforderung nach DIN EN 15267-3	U in % vom Grenzwert 98 mg/m³	20,0
	U in % vom Grenzwert 98 mg/m³	15,0

Berechnung der Gesamtunsicherheit nach DIN EN 14181 und DIN EN 15267-3

Messeinrichtung

Hersteller	ABB Automation GmbH
Bezeichnung der Messeinrichtung	ACF5000
Seriennummer der Prüflinge	3.351922.3 / Beta2 / 3.351923.3 / Beta3
Messprinzip	FTIR

Prüfbericht

Prüfinstitut	936/21219814/E
Berichtsdatum	TÜV Rheinland
	10.03.2017

Messkomponente

Zertifizierungsbereich ZB	NO ₂	0 - 80 mg/m ³
---------------------------	-----------------	--------------------------

Bewertung der Querempfindlichkeiten (QE)

(System mit größter QE)

Summe positive QE am Null-Punkt	0,49 mg/m ³
Summe negative QE am Null-Punkt	0,00 mg/m ³
Summe positive QE am Ref.-Punkt	2,36 mg/m ³
Summe negative QE am Ref.-Punkt	-1,85 mg/m ³
Maximale Summe von Querempfindlichkeiten	2,36 mg/m ³
Messunsicherheit der Querempfindlichkeit	u_i 1,363 mg/m ³

Berechnung der erweiterten Messunsicherheit

Prüfgröße

	u_i	u_i (mg/m ³)	u_i^2 (mg/m ³) ²
Wiederholstandardabweichung am Referenzpunkt *	u_r	0,557 mg/m ³	0,310 (mg/m ³) ²
Linearität / Lack-of-fit	u_{lof}	0,462 mg/m ³	0,213 (mg/m ³) ²
Nullpunktdrift aus Feldtest	$u_{d,z}$	0,462 mg/m ³	0,213 (mg/m ³) ²
Referenzpunktdrift aus Feldtest	$u_{d,s}$	1,201 mg/m ³	1,442 (mg/m ³) ²
Einfluss der Umgebungstemperatur am Referenzpunkt	u_t	1,044 mg/m ³	1,090 (mg/m ³) ²
Einfluss der Netzspannung	u_v	0,142 mg/m ³	0,020 (mg/m ³) ²
Querempfindlichkeit	u_i	1,363 mg/m ³	1,857 (mg/m ³) ²
Einfluss des Probengasvolumenstrom	u_p	-0,640 mg/m ³	0,410 (mg/m ³) ²
Unsicherheit des Referenzmaterials bei 70% des ZB	u_{rm}	0,647 mg/m ³	0,418 (mg/m ³) ²

* Der größere der Werte wird verwendet:
"Wiederholstandardabweichung am Referenzpunkt" oder
"Standardabweichung aus Doppelbestimmungen"

Kombinierte Standardunsicherheit (u_c)

$$u_c = \sqrt{\sum (u_{\max, i})^2} = 2,44 \text{ mg/m}^3$$

Erweiterte Unsicherheit

$$U = u_c \cdot k = u_c \cdot 1,96 = 4,79 \text{ mg/m}^3$$

Relative erweiterte Messunsicherheit

Anforderung nach 2010/75/EU

U in % vom Grenzwert 50 mg/m³ 9,6

Anforderung nach DIN EN 15267-3

U in % vom Grenzwert 50 mg/m³ 20,0

U in % vom Grenzwert 50 mg/m³ 15,0

Berechnung der Gesamtunsicherheit nach DIN EN 14181 und DIN EN 15267-3

Messeinrichtung

Hersteller	ABB Automation GmbH
Bezeichnung der Messeinrichtung	ACF5000
Seriennummer der Prüflinge	3.351922.3 / Beta2 / 3.351923.3 / Beta3
Messprinzip	FTIR

Prüfbericht

Prüfinstitut	936/21219814/E
Berichtsdatum	TÜV Rheinland
	10.03.2017

Messkomponente

Zertifizierungsbereich ZB	N ₂ O	0 - 50 mg/m ³
---------------------------	------------------	--------------------------

Bewertung der Querempfindlichkeiten (QE)

(System mit größter QE)

Summe positive QE am Null-Punkt	0,35 mg/m ³
Summe negative QE am Null-Punkt	0,00 mg/m ³
Summe positive QE am Ref.-Punkt	0,58 mg/m ³
Summe negative QE am Ref.-Punkt	-0,72 mg/m ³
Maximale Summe von Querempfindlichkeiten	-0,72 mg/m ³
Messunsicherheit der Querempfindlichkeit	u _i -0,416 mg/m ³

Berechnung der erweiterten Messunsicherheit

Prüfgröße

		u ²
Standardabweichung aus Doppelbestimmungen *	u _D 0,055 mg/m ³	0,003 (mg/m ³) ²
Linearität / Lack-of-fit	u _{lof} 0,098 mg/m ³	0,010 (mg/m ³) ²
Nullpunktdrift aus Feldtest	u _{d,z} -0,115 mg/m ³	0,013 (mg/m ³) ²
Referenzpunktdrift aus Feldtest	u _{d,s} 0,548 mg/m ³	0,300 (mg/m ³) ²
Einfluss der Umgebungstemperatur am Referenzpunkt	u _t 0,300 mg/m ³	0,090 (mg/m ³) ²
Einfluss der Netzspannung	u _v 0,101 mg/m ³	0,010 (mg/m ³) ²
Querempfindlichkeit	u _i -0,416 mg/m ³	0,173 (mg/m ³) ²
Einfluss des Probengasvolumenstrom	u _p -0,318 mg/m ³	0,101 (mg/m ³) ²
Unsicherheit des Referenzmaterials bei 70% des ZB	u _{rm} 0,404 mg/m ³	0,163 (mg/m ³) ²

* Der größere der Werte wird verwendet:
"Wiederholstandardabweichung am Referenzpunkt" oder
"Standardabweichung aus Doppelbestimmungen"

Kombinierte Standardunsicherheit (u _c)	$u_c = \sqrt{\sum (u_{max,i})^2}$	0,93 mg/m ³
Erweiterte Unsicherheit	$U = u_c * k = u_c * 1,96$	1,82 mg/m ³

Relative erweiterte Messunsicherheit

Anforderung nach 2010/75/EU	U in % vom Messbereich 50 mg/m ³	3,6
Anforderung nach DIN EN 15267-3	U in % vom Messbereich 50 mg/m ³	20,0 **
	U in % vom Messbereich 50 mg/m ³	15,0

** Für diese Komponente sind keine Anforderungen in der EU-Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen enthalten.
Es wurde ein Wert von 20,0 % herangezogen.

Berechnung der Gesamtunsicherheit nach DIN EN 14181 und DIN EN 15267-3

Messeinrichtung

Hersteller	ABB Automation GmbH
Bezeichnung der Messeinrichtung	ACF5000
Seriennummer der Prüflinge	3.351922.3 / Beta2 / 3.351923.3 / Beta3
Messprinzip	FTIR

Prüfbericht

Prüfinstitut	936/21219814/E
Berichtsdatum	TÜV Rheinland
	10.03.2017

Messkomponente

Zertifizierungsbereich ZB	SO ₂	0 - 75 mg/m ³
---------------------------	-----------------	--------------------------

Bewertung der Querempfindlichkeiten (QE)

(System mit größter QE)

Summe positive QE am Null-Punkt	0,97 mg/m ³
Summe negative QE am Null-Punkt	0,00 mg/m ³
Summe positive QE am Ref.-Punkt	2,91 mg/m ³
Summe negative QE am Ref.-Punkt	0,00 mg/m ³
Maximale Summe von Querempfindlichkeiten	2,91 mg/m ³
Messunsicherheit der Querempfindlichkeit	u_i 1,680 mg/m ³

Berechnung der erweiterten Messunsicherheit

Prüfgröße

		u^2
Standardabweichung aus Doppelbestimmungen *	u_D 0,701 mg/m ³	0,491 (mg/m ³) ²
Linearität / Lack-of-fit	u_{lof} 0,208 mg/m ³	0,043 (mg/m ³) ²
Nullpunktdrift aus Feldtest	$u_{d,z}$ -0,346 mg/m ³	0,120 (mg/m ³) ²
Referenzpunktdrift aus Feldtest	$u_{d,s}$ 0,996 mg/m ³	0,992 (mg/m ³) ²
Einfluss der Umgebungstemperatur am Referenzpunkt	u_t 0,458 mg/m ³	0,210 (mg/m ³) ²
Einfluss der Netzspannung	u_v 0,528 mg/m ³	0,279 (mg/m ³) ²
Querempfindlichkeit	u_i 1,680 mg/m ³	2,823 (mg/m ³) ²
Einfluss des Probengasvolumenstrom	u_p -0,635 mg/m ³	0,403 (mg/m ³) ²
Unsicherheit des Referenzmaterials bei 70% des ZB	u_{rm} 0,606 mg/m ³	0,368 (mg/m ³) ²

* Der größere der Werte wird verwendet:
"Wiederholstandardabweichung am Referenzpunkt" oder
"Standardabweichung aus Doppelbestimmungen"

Kombinierte Standardunsicherheit (u_c)	$u_c = \sqrt{\sum (u_{max,i})^2}$	2,39 mg/m ³
Erweiterte Unsicherheit	$U = u_c * k = u_c * 1,96$	4,69 mg/m ³

Relative erweiterte Messunsicherheit

Anforderung nach 2010/75/EU	U in % vom Grenzwert 50 mg/m³	9,4
Anforderung nach DIN EN 15267-3	U in % vom Grenzwert 50 mg/m³	20,0
	U in % vom Grenzwert 50 mg/m³	15,0

Berechnung der Gesamtunsicherheit nach DIN EN 14181 und DIN EN 15267-3

Messeinrichtung

Hersteller	ABB Automation GmbH
Bezeichnung der Messeinrichtung	ACF5000
Seriennummer der Prüflinge	3.351922.3 / Beta2 / 3.351923.3 / Beta3
Messprinzip	FTIR

Prüfbericht

Prüfinstitut	936/21219814/E
Berichtsdatum	TÜV Rheinland
	10.03.2017

Messkomponente

Zertifizierungsbereich ZB	HCl	0 - 15 mg/m ³
---------------------------	-----	--------------------------

Bewertung der Querempfindlichkeiten (QE)

(System mit größter QE)

Summe positive QE am Null-Punkt	0,14 mg/m ³
Summe negative QE am Null-Punkt	-0,25 mg/m ³
Summe positive QE am Ref.-Punkt	0,36 mg/m ³
Summe negative QE am Ref.-Punkt	-0,56 mg/m ³
Maximale Summe von Querempfindlichkeiten	-0,56 mg/m ³
Messunsicherheit der Querempfindlichkeit	u_i -0,323 mg/m ³

Berechnung der erweiterten Messunsicherheit

Prüfgröße

		u^2
Wiederholstandardabweichung am Referenzpunkt *	u_r 0,075 mg/m ³	0,006 (mg/m ³) ²
Linearität / Lack-of-fit	u_{lof} -0,056 mg/m ³	0,003 (mg/m ³) ²
Nullpunktdrift aus Feldtest	$u_{d,z}$ 0,078 mg/m ³	0,006 (mg/m ³) ²
Referenzpunktdrift aus Feldtest	$u_{d,s}$ 0,225 mg/m ³	0,051 (mg/m ³) ²
Einfluss der Umgebungstemperatur am Referenzpunkt	u_t 0,072 mg/m ³	0,005 (mg/m ³) ²
Einfluss der Netzspannung	u_v 0,056 mg/m ³	0,003 (mg/m ³) ²
Querempfindlichkeit	u_i -0,323 mg/m ³	0,104 (mg/m ³) ²
Einfluss des Probengasvolumenstrom	u_p 0,038 mg/m ³	0,001 (mg/m ³) ²
Unsicherheit des Referenzmaterials bei 70% des ZB	u_{rm} 0,121 mg/m ³	0,015 (mg/m ³) ²

* Der größere der Werte wird verwendet:
"Wiederholstandardabweichung am Referenzpunkt" oder
"Standardabweichung aus Doppelbestimmungen"

Kombinierte Standardunsicherheit (u_c)	$u_c = \sqrt{\sum (u_{max,i})^2}$	0,44 mg/m ³
Erweiterte Unsicherheit	$U = u_c * k = u_c * 1,96$	0,86 mg/m ³

Relative erweiterte Messunsicherheit

Anforderung nach 2010/75/EU	U in % vom Grenzwert 10 mg/m ³	8,6
Anforderung nach DIN EN 15267-3	U in % vom Grenzwert 10 mg/m ³	40,0
	U in % vom Grenzwert 10 mg/m ³	30,0

Berechnung der Gesamtunsicherheit nach DIN EN 14181 und DIN EN 15267-3

Messeinrichtung

Hersteller	ABB Automation GmbH
Bezeichnung der Messeinrichtung	ACF5000
Seriennummer der Prüflinge	3.351922.3 / Beta2 / 3.351923.3 / Beta3
Messprinzip	FTIR

Prüfbericht

Prüfinstitut	936/21219814/E
Berichtsdatum	TÜV Rheinland
	10.03.2017

Messkomponente

Zertifizierungsbereich ZB	HF	0 - 3 mg/m ³
---------------------------	----	-------------------------

Bewertung der Querempfindlichkeiten (QE)

(System mit größter QE)

Summe positive QE am Null-Punkt	0,02 mg/m ³
Summe negative QE am Null-Punkt	-0,03 mg/m ³
Summe positive QE am Ref.-Punkt	0,10 mg/m ³
Summe negative QE am Ref.-Punkt	-0,03 mg/m ³
Maximale Summe von Querempfindlichkeiten	0,10 mg/m ³
Messunsicherheit der Querempfindlichkeit	u_i 0,060 mg/m ³

Berechnung der erweiterten Messunsicherheit

Prüfgröße

			u^2
Wiederholstandardabweichung am Referenzpunkt *	u_r 0,018 mg/m ³		0,000 (mg/m ³) ²
Linearität / Lack-of-fit	u_{lof} 0,016 mg/m ³		0,000 (mg/m ³) ²
Nullpunktdrift aus Feldtest	$u_{d,z}$ 0,019 mg/m ³		0,000 (mg/m ³) ²
Referenzpunktdrift aus Feldtest	$u_{d,s}$ -0,036 mg/m ³		0,001 (mg/m ³) ²
Einfluss der Umgebungstemperatur am Referenzpunkt	u_t 0,038 mg/m ³		0,001 (mg/m ³) ²
Einfluss der Netzspannung	u_v 0,020 mg/m ³		0,000 (mg/m ³) ²
Querempfindlichkeit	u_i 0,060 mg/m ³		0,004 (mg/m ³) ²
Einfluss des Probengasvolumenstrom	u_p 0,014 mg/m ³		0,000 (mg/m ³) ²
Unsicherheit des Referenzmaterials bei 70% des ZB	u_{rm} 0,024 mg/m ³		0,001 (mg/m ³) ²

* Der größere der Werte wird verwendet:
"Wiederholstandardabweichung am Referenzpunkt" oder
"Standardabweichung aus Doppelbestimmungen"

Kombinierte Standardunsicherheit (u_c)	$u_c = \sqrt{\sum (u_{max,i})^2}$	0,09 mg/m ³
Erweiterte Unsicherheit	$U = u_c * k = u_c * 1,96$	0,18 mg/m ³

Relative erweiterte Messunsicherheit

Anforderung nach 2010/75/EU	U in % vom Grenzwert 1 mg/m³	18,0
Anforderung nach DIN EN 15267-3	U in % vom Grenzwert 1 mg/m³	40,0
	U in % vom Grenzwert 1 mg/m³	30,0

Berechnung der Gesamtunsicherheit nach DIN EN 14181 und DIN EN 15267-3

Messeinrichtung

Hersteller	ABB Automation GmbH
Bezeichnung der Messeinrichtung	ACF5000
Seriennummer der Prüflinge	3.351922.3 / Beta2 / 3.351923.3 / Beta3
Messprinzip	FTIR

Prüfbericht

Prüfinstitut	936/21219814/E
Berichtsdatum	TÜV Rheinland
	10.03.2017

Messkomponente

Zertifizierungsbereich ZB	NH ₃	0 - 5 mg/m ³
---------------------------	-----------------	-------------------------

Bewertung der Querempfindlichkeiten (QE)

(System mit größter QE)

Summe positive QE am Null-Punkt	0,00 mg/m ³
Summe negative QE am Null-Punkt	-0,09 mg/m ³
Summe positive QE am Ref.-Punkt	0,00 mg/m ³
Summe negative QE am Ref.-Punkt	-0,19 mg/m ³
Maximale Summe von Querempfindlichkeiten	-0,19 mg/m ³
Messunsicherheit der Querempfindlichkeit	u_i -0,110 mg/m ³

Berechnung der erweiterten Messunsicherheit

Prüfgröße

			u^2
Wiederholstandardabweichung am Referenzpunkt *	u_r	0,042 mg/m ³	0,002 (mg/m ³) ²
Linearität / Lack-of-fit	u_{lof}	-0,029 mg/m ³	0,001 (mg/m ³) ²
Nullpunktdrift aus Feldtest	$u_{d,z}$	-0,066 mg/m ³	0,004 (mg/m ³) ²
Referenzpunktdrift aus Feldtest	$u_{d,s}$	-0,069 mg/m ³	0,005 (mg/m ³) ²
Einfluss der Umgebungstemperatur am Referenzpunkt	u_t	0,062 mg/m ³	0,004 (mg/m ³) ²
Einfluss der Netzspannung	u_v	0,040 mg/m ³	0,002 (mg/m ³) ²
Querempfindlichkeit	u_i	-0,110 mg/m ³	0,012 (mg/m ³) ²
Einfluss des Probengasvolumenstrom	u_p	-0,019 mg/m ³	0,000 (mg/m ³) ²
Unsicherheit des Referenzmaterials bei 70% des ZB	u_{rm}	0,040 mg/m ³	0,002 (mg/m ³) ²

* Der größere der Werte wird verwendet:
"Wiederholstandardabweichung am Referenzpunkt" oder
"Standardabweichung aus Doppelbestimmungen"

Kombinierte Standardunsicherheit (u_c)	$u_c = \sqrt{\sum (u_{max,i})^2}$	0,18 mg/m ³
Erweiterte Unsicherheit	$U = u_c * k = u_c * 1,96$	0,35 mg/m ³

Relative erweiterte Messunsicherheit

Anforderung nach 2010/75/EU	U in % vom Grenzwert 2 mg/m³	17,3
Anforderung nach DIN EN 15267-3	U in % vom Grenzwert 2 mg/m³	40,0 **
	U in % vom Grenzwert 2 mg/m ³	30,0

** Für diese Komponente sind keine Anforderungen in der EU-Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen enthalten.
Es wurde ein Wert von 40,0 % herangezogen.

Berechnung der Gesamtunsicherheit nach DIN EN 14181 und DIN EN 15267-3

Messeinrichtung

Hersteller	ABB Automation GmbH
Bezeichnung der Messeinrichtung	ACF5000
Seriennummer der Prüflinge	3.351922.3 / Beta2 / 3.351923.3 / Beta3
Messprinzip	FTIR

Prüfbericht

Prüfinstitut	936/21219814/E
Berichtsdatum	TÜV Rheinland
	10.03.2017

Messkomponente

Zertifizierungsbereich ZB	H ₂ O	0 - 40 Vol.-%
---------------------------	------------------	---------------

Bewertung der Querempfindlichkeiten (QE)

(System mit größter QE)

Summe positive QE am Null-Punkt	0,00	Vol.-%
Summe negative QE am Null-Punkt	0,00	Vol.-%
Summe positive QE am Ref.-Punkt	1,12	Vol.-%
Summe negative QE am Ref.-Punkt	-0,59	Vol.-%
Maximale Summe von Querempfindlichkeiten	1,12	Vol.-%
Messunsicherheit der Querempfindlichkeit	u_i	0,647 Vol.-%

Berechnung der erweiterten Messunsicherheit

Prüfgröße

			u^2	
Wiederholstandardabweichung am Referenzpunkt *	u_r	0,106 Vol.-%	0,011	(Vol.-%) ²
Linearität / Lack-of-fit	u_{lof}	-0,081 Vol.-%	0,007	(Vol.-%) ²
Nullpunktdrift aus Feldtest	$u_{d,z}$	0,000 Vol.-%	0,000	(Vol.-%) ²
Referenzpunktdrift aus Feldtest	$u_{d,s}$	-0,370 Vol.-%	0,137	(Vol.-%) ²
Einfluss der Umgebungstemperatur am Referenzpunkt	u_t	0,115 Vol.-%	0,013	(Vol.-%) ²
Einfluss der Netzspannung	u_v	0,040 Vol.-%	0,002	(Vol.-%) ²
Querempfindlichkeit	u_i	0,647 Vol.-%	0,418	(Vol.-%) ²
Einfluss des Probengasvolumenstrom	u_p	-0,216 Vol.-%	0,047	(Vol.-%) ²
Unsicherheit des Referenzmaterials bei 70% des ZB	u_{rm}	0,323 Vol.-%	0,105	(Vol.-%) ²

* Der größere der Werte wird verwendet:
"Wiederholstandardabweichung am Referenzpunkt" oder
"Standardabweichung aus Doppelbestimmungen"

Kombinierte Standardunsicherheit (u_c)	$u_c = \sqrt{\sum (u_{max,i})^2}$	0,86	Vol.-%
Erweiterte Unsicherheit	$U = u_c * k = u_c * 1,96$	1,68	Vol.-%

Relative erweiterte Messunsicherheit

Anforderung nach 2010/75/EU	U in % vom Messbereich 40 Vol.-%	4,2
Anforderung nach DIN EN 15267-3	U in % vom Messbereich 40 Vol.-%	10,0 **
	U in % vom Messbereich 40 Vol.-%	7,5

** Für diese Komponente sind keine Anforderungen in der EU-Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen enthalten.
Es wurde ein Wert von 10,0 % herangezogen.

Berechnung der Gesamtunsicherheit nach DIN EN 14181 und DIN EN 15267-3

Messeinrichtung

Hersteller	ABB Automation GmbH
Bezeichnung der Messeinrichtung	ACF5000
Seriennummer der Prüflinge	3.351922.3 / Beta2 / 3.351923.3 / Beta3
Messprinzip	FTIR

Prüfbericht

Prüfinstitut	936/21219814/E
Berichtsdatum	TÜV Rheinland
	10.03.2017

Messkomponente

Zertifizierungsbereich ZB	CO ₂	0 - 30 Vol.-%
---------------------------	-----------------	---------------

Bewertung der Querempfindlichkeiten (QE)

(System mit größter QE)

Summe positive QE am Null-Punkt	0,00	Vol.-%
Summe negative QE am Null-Punkt	0,00	Vol.-%
Summe positive QE am Ref.-Punkt	0,60	Vol.-%
Summe negative QE am Ref.-Punkt	-0,13	Vol.-%
Maximale Summe von Querempfindlichkeiten	0,60	Vol.-%
Messunsicherheit der Querempfindlichkeit	u_i	0,346 Vol.-%

Berechnung der erweiterten Messunsicherheit

Prüfgröße

			u^2	
Standardabweichung aus Doppelbestimmungen *	u_D	0,025 Vol.-%	0,001	(Vol.-%) ²
Linearität / Lack-of-fit	u_{lof}	0,029 Vol.-%	0,001	(Vol.-%) ²
Nullpunktdrift aus Feldtest	$u_{d,z}$	-0,017 Vol.-%	0,000	(Vol.-%) ²
Referenzpunktdrift aus Feldtest	$u_{d,s}$	0,121 Vol.-%	0,015	(Vol.-%) ²
Einfluss der Umgebungstemperatur am Referenzpunkt	u_t	0,083 Vol.-%	0,007	(Vol.-%) ²
Einfluss der Netzspannung	u_v	0,025 Vol.-%	0,001	(Vol.-%) ²
Querempfindlichkeit	u_i	0,346 Vol.-%	0,120	(Vol.-%) ²
Einfluss des Probengasvolumenstrom	u_p	-0,164 Vol.-%	0,027	(Vol.-%) ²
Unsicherheit des Referenzmaterials bei 70% des ZB	u_{rm}	0,242 Vol.-%	0,059	(Vol.-%) ²

* Der größere der Werte wird verwendet:
"Wiederholstandardabweichung am Referenzpunkt" oder
"Standardabweichung aus Doppelbestimmungen"

Kombinierte Standardunsicherheit (u_c)	$u_c = \sqrt{\sum (u_{max,i})^2}$	0,48	Vol.-%
Erweiterte Unsicherheit	$U = u_c * k = u_c * 1,96$	0,94	Vol.-%

Relative erweiterte Messunsicherheit

Anforderung nach 2010/75/EU	U in % vom Messbereich 30 Vol.-%	3,1
Anforderung nach DIN EN 15267-3	U in % vom Messbereich 30 Vol.-%	10,0 **
	U in % vom Messbereich 30 Vol.-%	7,5

** Für diese Komponente sind keine Anforderungen in der EU-Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen enthalten.
Es wurde ein Wert von 10,0 % herangezogen.

Berechnung der Gesamtunsicherheit nach DIN EN 14181 und DIN EN 15267-3

Messeinrichtung

Hersteller	ABB Automation GmbH
Bezeichnung der Messeinrichtung	ACF5000
Seriennummer der Prüflinge	3.351922.3 / Beta2 / 3.351923.3 / Beta3
Messprinzip	FTIR

Prüfbericht

Prüfinstitut	936/21219814/E
Berichtsdatum	TÜV Rheinland
	10.03.2017

Messkomponente

Zertifizierungsbereich ZB	H2CO	0 - 20 mg/m ³
---------------------------	------	--------------------------

Bewertung der Querempfindlichkeiten (QE)

(System mit größter QE)

Summe positive QE am Null-Punkt	0,00 mg/m ³
Summe negative QE am Null-Punkt	-0,09 mg/m ³
Summe positive QE am Ref.-Punkt	0,39 mg/m ³
Summe negative QE am Ref.-Punkt	-0,21 mg/m ³
Maximale Summe von Querempfindlichkeiten	0,39 mg/m ³
Messunsicherheit der Querempfindlichkeit	u_i 0,225 mg/m ³

Berechnung der erweiterten Messunsicherheit

Prüfgröße

			u^2
Wiederholstandardabweichung am Referenzpunkt *	u_r	0,061 mg/m ³	0,004 (mg/m ³) ²
Linearität / Lack-of-fit	u_{lof}	0,057 mg/m ³	0,003 (mg/m ³) ²
Nullpunktdrift aus Feldtest	$u_{d,z}$	0,058 mg/m ³	0,003 (mg/m ³) ²
Referenzpunktdrift aus Feldtest	$u_{d,s}$	-0,231 mg/m ³	0,053 (mg/m ³) ²
Einfluss der Umgebungstemperatur am Referenzpunkt	u_t	0,116 mg/m ³	0,013 (mg/m ³) ²
Einfluss der Netzspannung	u_v	0,072 mg/m ³	0,005 (mg/m ³) ²
Querempfindlichkeit	u_i	0,225 mg/m ³	0,051 (mg/m ³) ²
Einfluss des Probengasvolumenstrom	u_p	-0,108 mg/m ³	0,012 (mg/m ³) ²
Unsicherheit des Referenzmaterials bei 70% des ZB	u_{rm}	0,162 mg/m ³	0,026 (mg/m ³) ²

* Der größere der Werte wird verwendet:
"Wiederholstandardabweichung am Referenzpunkt" oder
"Standardabweichung aus Doppelbestimmungen"

Kombinierte Standardunsicherheit (u_c)	$u_c = \sqrt{\sum (u_{max,i})^2}$	0,41 mg/m ³
Erweiterte Unsicherheit	$U = u_c * k = u_c * 1,96$	0,81 mg/m ³

Relative erweiterte Messunsicherheit

Anforderung nach 2010/75/EU	U in % vom Messbereich 20 mg/m³	4,1
Anforderung nach DIN EN 15267-3	U in % vom Messbereich 20 mg/m³	10,0 **
	U in % vom Messbereich 20 mg/m ³	7,5

** Für diese Komponente sind keine Anforderungen in der EU-Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen enthalten.
Es wurde ein Wert von 10,0 % herangezogen.

Berechnung der Gesamtunsicherheit nach DIN EN 14181 und DIN EN 15267-3

Messeinrichtung

Hersteller	ABB Automation GmbH
Bezeichnung der Messeinrichtung	ACF5000
Seriennummer der Prüflinge	3.351922.3 / Beta2 / 3.351923.3 / Beta3
Messprinzip	FTIR

Prüfbericht

Prüfinstitut	936/21219814/E
Berichtsdatum	TÜV Rheinland
	10.03.2017

Messkomponente

Zertifizierungsbereich ZB	CH ₄	0 - 7,5 mg/m ³
---------------------------	-----------------	---------------------------

Bewertung der Querempfindlichkeiten (QE)

(System mit größter QE)

Summe positive QE am Null-Punkt	0,00 mg/m ³
Summe negative QE am Null-Punkt	0,00 mg/m ³
Summe positive QE am Ref.-Punkt	0,09 mg/m ³
Summe negative QE am Ref.-Punkt	0,00 mg/m ³
Maximale Summe von Querempfindlichkeiten	0,09 mg/m ³
Messunsicherheit der Querempfindlichkeit	u _i 0,052 mg/m ³

Berechnung der erweiterten Messunsicherheit

Prüfgröße

		u ²
Standardabweichung aus Doppelbestimmungen *	u _D 0,016 mg/m ³	0,000 (mg/m ³) ²
Linearität / Lack-of-fit	u _{lof} -0,014 mg/m ³	0,000 (mg/m ³) ²
Nullpunktdrift aus Feldtest	u _{d,z} 0,048 mg/m ³	0,002 (mg/m ³) ²
Referenzpunktdrift aus Feldtest	u _{d,s} 0,082 mg/m ³	0,007 (mg/m ³) ²
Einfluss der Umgebungstemperatur am Referenzpunkt	u _t 0,029 mg/m ³	0,001 (mg/m ³) ²
Einfluss der Netzspannung	u _v 0,012 mg/m ³	0,000 (mg/m ³) ²
Querempfindlichkeit	u _i 0,052 mg/m ³	0,003 (mg/m ³) ²
Einfluss des Probengasvolumenstrom	u _p -0,029 mg/m ³	0,001 (mg/m ³) ²
Unsicherheit des Referenzmaterials bei 70% des ZB	u _{rm} 0,061 mg/m ³	0,004 (mg/m ³) ²

* Der größere der Werte wird verwendet:
"Wiederholstandardabweichung am Referenzpunkt" oder
"Standardabweichung aus Doppelbestimmungen"

Kombinierte Standardunsicherheit (u _c)	$u_c = \sqrt{\sum (u_{max,i})^2}$	0,13 mg/m ³
Erweiterte Unsicherheit	$U = u_c * k = u_c * 1,96$	0,26 mg/m ³

Relative erweiterte Messunsicherheit

Anforderung nach 2010/75/EU	U in % vom Grenzwert 5 mg/m ³	5,2
Anforderung nach DIN EN 15267-3	U in % vom Grenzwert 5 mg/m ³	30,0 **
	U in % vom Grenzwert 5 mg/m ³	22,5

** Für diese Komponente sind keine Anforderungen in der EU-Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen enthalten.
Es wurde ein Wert von 30,0 % herangezogen.

Berechnung der Gesamtunsicherheit nach DIN EN 14181 und DIN EN 15267-3

Messeinrichtung

Hersteller	ABB Automation GmbH
Bezeichnung der Messeinrichtung	ACF5000
Seriennummer der Prüflinge	3.351922.3 / Beta2 / 3.351923.3 / Beta3
Messprinzip	FID

Prüfbericht

Prüfinstitut	936/21219814/E
Berichtsdatum	TÜV Rheinland
	10.03.2017

Messkomponente

Zertifizierungsbereich ZB	Gesamt-C
	0 - 15 mg/m ³

Bewertung der Querempfindlichkeiten (QE)

(System mit größter QE)

Summe positive QE am Null-Punkt	0,46 mg/m ³
Summe negative QE am Null-Punkt	0,00 mg/m ³
Summe positive QE am Ref.-Punkt	0,24 mg/m ³
Summe negative QE am Ref.-Punkt	-0,54 mg/m ³
Maximale Summe von Querempfindlichkeiten	-0,54 mg/m ³
Messunsicherheit der Querempfindlichkeit	u_i -0,313 mg/m ³

Berechnung der erweiterten Messunsicherheit

Prüfgröße

		u^2
Standardabweichung aus Doppelbestimmungen *	u_D 0,085 mg/m ³	0,007 (mg/m ³) ²
Linearität / Lack-of-fit	u_{lof} -0,041 mg/m ³	0,002 (mg/m ³) ²
Nullpunktdrift aus Feldtest	$u_{d,z}$ -0,165 mg/m ³	0,027 (mg/m ³) ²
Referenzpunktdrift aus Feldtest	$u_{d,s}$ 0,199 mg/m ³	0,040 (mg/m ³) ²
Einfluss der Umgebungstemperatur am Referenzpunkt	u_t 0,070 mg/m ³	0,005 (mg/m ³) ²
Einfluss der Netzspannung	u_v 0,015 mg/m ³	0,000 (mg/m ³) ²
Querempfindlichkeit	u_i -0,313 mg/m ³	0,098 (mg/m ³) ²
Einfluss des Probengasvolumenstrom	u_p -0,129 mg/m ³	0,017 (mg/m ³) ²
Unsicherheit des Referenzmaterials bei 70% des ZB	u_{rm} 0,121 mg/m ³	0,015 (mg/m ³) ²
Änderung der Responsefaktoren (TOC)	u_{rf} 0,032 mg/m ³	0,001 (mg/m ³) ²

* Der größere der Werte wird verwendet:
"Wiederholstandardabweichung am Referenzpunkt" oder
"Standardabweichung aus Doppelbestimmungen"

Kombinierte Standardunsicherheit (u_c)	$u_c = \sqrt{\sum (u_{max, j})^2}$	0,46 mg/m ³
Erweiterte Unsicherheit	$U = u_c * k = u_c * 1,96$	0,90 mg/m ³

Relative erweiterte Messunsicherheit

Anforderung nach 2010/75/EU	U in % vom Grenzwert 10 mg/m³	9,0
Anforderung nach DIN EN 15267-3	U in % vom Grenzwert 10 mg/m³	30,0
	U in % vom Grenzwert 10 mg/m ³	22,5