

제 2014-BO-0051 호



안 전 인 증 서

ABB Automation GmbH

Stierstadter Strasse 5, 60488 Frankfurt, Germany

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Gas Analyzer/Analyzer Module

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델
EL3060-Uras26

인증번호
14-AV4BO-0051

용량·등급

Ex d IIC T4
DC 24V, Power: Max. 100W, Tamb: -20℃~45℃

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2010-36호)

인 증 조 건

아래 주소에서 생산되는 제품에 한함.

ABB Automation GmbH, Stierstadter Strasse 5, 60488 Frankfurt, Germany

2014년 01월 23일

한국산업안전보건공단 이사장

